「金属3Dプリンタ演習システム 1式」質問に対する回答②

番号	項目	質問	回答
19	仕様書	脱脂処理部について、「有機溶剤を用いる場合,	はい。該当箇所では液状の有機溶剤を示しています。
	Ⅱ 仕様	有機溶剤の漏れのない機構」とありますが、有機	
	1 金属3Dプリンタ演習システム	溶剤の気体ではなく、液体を指しておりますで	
	1 - 1 金属3Dプリンタ	しょうか。	