

「振動解析装置 1式」質問に対する回答

番号	項目	質問	回答
1	仕様書 II 仕様 1 振動解析装置 1-1 振動解析装置	(14) 「計測した変形・振動結果をCSV出力可能であること」について、計測した変形・振動結果をASCIIファイル(.txt)で出力可能です。仕様を満たしていますでしょうか？	ASCIIファイル(.txt)で結果を出力していただくことができるのであれば、仕様を満たすものと考えます。