

# 物品仕様書 ( 購入 ・ 借入 ・ 修繕 )

|                             |  |  |    |     |  |
|-----------------------------|--|--|----|-----|--|
| 担当課                         | 経営企画課  | 担当者  | 山下 | TEL | 0766-56-7500   |
| 品目                          | デジタル・ケーブルアナライザー                              |  |    | 数量  | 1式   |
|                             | 内訳等  | デジタル・ケーブルアナライザー本体 DSX2-8000                            |    |     | 1台   |
|                             |  | DSX用テストアダプター<CAT5E用>DSX-PC5ES                          |    |     | 1式   |
|                             |  | DSX用テストアダプター<CAT6用>DSX-PC6S                            |    |     | 1式   |
|                             |  | DSX用テストアダプター<CAT6A用>DSX-PC6AS                          |    |     | 1式   |
|                             |  | DSX用ゴールドメンバーシップ・サービス プレミアム<br>(保守管理・毎年の品質校正・故障時の代替機対応) |    |     | 3年分  |
|                             |  | 出荷時校正証明書・試験成績書・トレーサビリティ体系図                             |    |     | 1式   |
| 仕様<br>(品質・規格)               | ① CAT8規格(2000 MHz)対応であること                    |  |    |     |  |
|                             | ② JIS X5153規格に準拠していること                       |  |    |     |  |
|                             | ③ 周波数損失グラフの表示が可能であること                        |  |    |     |  |
|                             | ④ 計測結果をPDFレポートの形で出力できること                     |  |    |     |  |
|                             | ⑤ 規格に適合しているか否かの計測判定を簡便な操作でできること              |  |    |     |  |
|                             | ⑥ 1人で機器を運搬および使用が出来ること                        |  |    |     |  |
|                             | ⑦ 機器本体がWi-Fi対応であること                          |  |    |     |  |
|                             | ⑧ 3年以上の校正サポートおよび代替機の手配が可能であること               |  |    |     |  |
| 銘柄                          | 銘柄指定   | メーカー名: FLUKE networks社                                 |    |     |  |
|                             |  | 型番(品番): DSX2-8000                                      |    |     |  |
|                             |  | メーカー名: FLUKE networks社                                 |    |     |  |
|                             |  | 型番(品番): DSX-PC5ES                                      |    |     |  |
|                             |  | メーカー名: FLUKE networks社                                 |    |     |  |
|                             |  | 型番(品番): DSX-PC6S                                       |    |     |  |
|                             |  | メーカー名: FLUKE networks社                                 |    |     |  |
|                             |  | 型番(品番): DSX-PC6AS                                      |    |     |  |
|                             |  | メーカー名: FLUKE networks社                                 |    |     |  |
| 型番(品番): GLD3-DSX-8000-PRM   |  |  |    |     |  |
| 銘柄指定の理由: 仕様を満たす機種が上記しかないため。 |  |  |    |     |  |
| 納品                          | 納入期限   | 令和7年3月31日(月)   |    |     |  |
|                             | 納品場所   | 富山県立大学(富山県射水市黒河5180)                                   | 分納 | 有→  | ヵ所(送料含む) <span style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">無</span> |
| その他<br>特記事項                 | ・ 搬入、設置、調整、取扱説明、稼動可能な状態になるまでの費用をすべて含むものとする。  |  |    |     |  |
|                             | ・ 可能な限り、入札までに製品図面の提供及び製品についての説明を行い、          |  |    |     |  |
|                             | 担当教員(情報システム工学科 西原講師)の承認を得ること。                |  |    |     |  |
|                             | ・ 納入前に必ず担当教員と打ち合わせをすること。この仕様書の内容に不明な点がある場合は、 |  |    |     |  |
|                             | 担当教員の指示に従うものとする。                             |  |    |     |  |